

2021年7月吉日

お客様各位

キヤノンメドテックサプライ株式会社  
プロダクト営業推進本部  
カスタマーサービス本部

## 高圧蒸気滅菌器『MACシリーズ』販売終了のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

高圧蒸気滅菌器『MACシリーズ』は2019年10月をもって生産を終了いたしました。本シリーズは、1973年8月に発売したMAC-100から始まり45年以上の長きに渡りご愛顧いただいた商品です。製造元である三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社において、これまでの歴史も踏まえ事業継続を検討したものの、当該事業を取り巻く環境が厳しさを増していることから、滅菌器事業の終息が決定されました。弊社としましても、メーカーの製造終了決定を受け、やむをえず本シリーズの販売を終了することとなりました。

なお、既定の製造終了後8年間（以下参照）はメーカーが責任をもって製品サポートを行いますのでご安心ください。

敬具

記

### ■生産終了製品

高圧蒸気滅菌器「MACシリーズ」全製品

### ■生産終了／補修部品供給終了計画

機種	生産開始	生産終了	補修部品供給終了
MAC-560	2002年9月	2012年10月	2020年10月
MAC-280	2002年8月	2018年12月	2026年12月
MAC-260	2002年8月	2019年3月	2027年3月
MAC-580	2011年12月	2019年9月	2027年9月
MAC-N350P	2010年8月	2019年9月	2027年9月
MAC-N350S	2010年8月	2019年9月	2027年9月
MAC-3600P	2001年5月	2019年9月	2027年9月
MAC-3600S	2001年6月	2019年9月	2027年9月
MAC-1000B	2015年11月	2019年10月	2027年10月

### ■お問い合わせ先

本案内に関して : 044-739-6786 (感染管理営業推進部)

修理点検のご依頼 : 0570-066-787 (専用コールセンター)

以上